



Hodnocení bakalářské práce vedoucím

Název práce:	Přepínatelný kalibrační vysílač proudové smyčky		
Student:	Zdeněk PFEIFER	Std. číslo:	E14B0302P
Vedoucí:	Ing. Jiří Švarný, Ph.D.		


Kritéria hodnocení práce vedoucím	Max. body	Přidělené body
Splnění zadání práce	40	30
Aktivita studenta během zpracování práce (využití konzultací, práce s literaturou, aktivní přístup, ...)	30	10
Formální zpracování práce	15	3
Dodržení termínů (plynulost zpracování během ak. roku, dodržení termínu odevzdání, prodloužení studia)	15	3

Hodnocení činnosti studenta, připomínky, dotazy:

Přes opakované výzvy ze strany vedoucího práce student opět nepovažoval za vhodné využít pravidelných konzultací ke korektuře textové části práce. V důsledku toho je odborná úroveň textu velmi nízká. Zejména je to patrné v pasážích, kde bylo nutné pracovat s cizojazyčnou literaturou. Řada formulací je pokřivena neobratným překladem, nízkou úrovní znalostí studenta a špatným slohem. Celkový dojem je pak takový, že student zoufale zápasí jak s odbornou částí práce, tak i s mateřským jazykem. Pozitivně lze hodnotit fakt, že vlastní přípravek byl realizován a splňuje požadavky zadání. Nutno však dodat, že bez pomoci vedoucího práce by funkční přípravek s velkou pravděpodobností nevznikl. Výhrady je možné mít také k otestování přípravku. Způsob zpracování naměřených hodnot nepovažuji za nevhodnější. Dále chybí například jakákoli analýza případných vnějších vlivů, ověření vlivu velikosti napájecího napětí na proud smyčkou, zjištění mezních hodnot napájecího napětí smyčky atd. Tuto část práce je bohužel nutno považovat za nedokončenou.

Bakalářskou práci hodnotím klasifikací **dobře** (podle klasifikační stupnice dané směrnicí děkana FEL)

Dne: 19.8.2016


.....
podpis vedoucího práce